ACCU-CHEK® FastClix

Plus de confort
lors du prélèvement capillaire[1]

Lavez-vous les mains et tout particulièrement le bout des doigts, à l'eau chaude et au savon.
Rincez et séchez-vous les mains soigneusement[2].

4 GESTES À RETENIR

1 **Choisissez sur votre autopiqueur la profondeur de piqûre qui vous convient.** *Testez d'abord la profondeur la plus faible.*

2 **Appuyez fermement l'autopiqueur sur le côté du doigt,** *en évitant la pulpe.*

3 **Pour obtenir facilement une petite goutte de sang,** *massez légèrement votre doigt, de la base vers l'extrémité.*

4 **Changez de doigts** *quotidiennement.*

(1) J diabetes Sci Technol 2009; 3: 1136-1143 et J diabetes Sci Technol 2009; 3: 1144-1145
(2) SFD paramédical. Référentiel de bonnes Pratiques. Surveillance glycémique et technique d'injection. Mars 2017

" Je souhaite un lecteur simple* et pratique... mais pas seulement ! "**
tu me suis?

Roche Diabetes | Roche

Connectable à l'app GLUCI-CHEK

ACCU-CHEK® GUIDE
Donnez un coup de pouce à votre quotidien

ACCU-CHEK® MOBILE
Le Tout-en-Un
Le lecteur sans bandelette

Rev 08/2021. Les produits Accu-Chek® sont des dispositifs d'Auto-Surveillance Glycémique (ASG) destinés aux personnes atteintes de diabète. Fabricant : Roche Diabetes Care GmbH (Allemagne) – Distributeur : Roche Diabetes Care France. Ces dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. L'ASG est employée lorsqu'elle est susceptible d'entraîner une modification de la thérapeutique ; elle doit être systématique et pluriquotidienne dans le diabète de type 1 et limitée à certains patients dans le diabète de type 2. Elle nécessite une éducation avec un professionnel de santé. En cas de discordance entre le résultat et votre état de santé actuel, contactez votre professionnel de santé. FR-2009-2103ROCHEDCGP002 Rev 02 - Réf. 09535446001.
*Harvey C, Koubek R, Begat V, Jacob S. Usability evaluation of blood glucose monitoring system with a spill-resistant vial, easier strip handling and connectivity to a mobile app. Improvement of patient convenience and satisfaction. J Diabetes Sci Technol Sept 2016.
** Freckmann G, Integrated Self-Monitoring of Blood Glucose System: Handling Step Analysis, J Diabetes Sci Technol 2012;6(4):938-946
Accu-Chek®, Accu-Chek® Guide, Accu-Chek® Mobile, Accu-Chek® Fastclix sont des marques déposées de Roche.

Pour toute question concernant un produit Accu-Chek®, contactez l'assistance Roche Diabetes
0 800 27 26 93 Service & appel gratuits
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

Roche **Roche Diabetes Care France**
2, avenue du Vercors
38240 Meylan - France
rochediabetes.com/fr

ACCU-CHEK® FastClix

Roche Diabetes | Roche

L'AUTOPIQUEUR À BARILLET

CLIX MOTION

Insertion du barillet



Enlevez l'embout de l'autopiqueur en tirant dessus.



Insérez un barillet neuf (partie blanche en premier) jusqu'au clic. Puis replacez l'embout. La fenêtre de visualisation des lancettes affiche « 6 » soit 6 lancettes neuves prêtes à l'emploi.



Sélectionnez une des 11 profondeurs de piqûre (de 0.5 à 5.5) en tournant la bague de sélection.

ACCU-CHEK® FastClix

Armez et piquez
en 1 clic

Pour obtenir une goutte de sang, appuyez sur l'extrémité de l'autopiqueur comme pour un stylo.



Pour changer de lancette, actionnez le levier d'avant en arrière.

La fenêtre de visualisation des lancettes affiche le nombre de lancettes neuves restantes.

2 étapes
simples
au quotidien

ACCU-CHEK® FastClix

Retrait du barillet usagé



Lorsque la fenêtre de visualisation des lancettes affiche « 1 », utilisez la dernière lancette puis enlevez l'embout de l'autopiqueur en tirant dessus.



Retirez le barillet usagé (bague rouge) en toute sécurité[3].
Puis insérez un nouveau barillet.

Il est impossible de réinsérer un barillet usagé.

(3) À éliminer selon la réglementation relative aux DASRI