ACCU-FINE®

5 ÉTAPES POUR UNE INJECTION RÉUSSIE





1. Lavez-vous les mains
2. Réalisez une purge
3. Choisissez la zone d'injection *(veillez à alterner les zones d'injection)*
4. Injectez la dose et patientez entre 5 et 10 secondes
5. Éliminez l'aiguille dans une boîte jaune*

* conformément à la réglementation relative aux DASRI «déchets d'activités de soins à risques infectieux»

Quelles précautions dois-je prendre ?

1 INJECTION = 1 AIGUILLE

Les aiguilles des stylos sont à usage unique car elles ne sont plus stériles après utilisation. La réutilisation des aiguilles peut être associée à la présence de lipohypertrophies, des douleurs ou des saignements.[5]

(1) Open data Assurance Maladie 2021, périmètre France entière, tous régimes d'assurance maladie

(2) Retrouvez la liste détaillée des stylos d'injection compatibles sur le site https://htl-strefa.com/products/pen-needles/

(3) Enquête observationnelle menée en France auprès de 40 pharmaciens ayant recrutés 250 patients du 1er Janvier 2023 au 31 mai 2023. La satisfaction globale a été évaluée sur une échelle de 1 à 10. On considère que le patient est satisfait avec un score minimum de 7/10

(4) SFD Paramédical. Référentiel de bonnes pratiques actualisé. Surveillance glycémique et technique d'injection d'insuline et des analogues du GLP1. Mars 2017

(5) Frid AH, et al. New Insulin Delivery Recommendations. Mayo Clin Proc. 2016 Sep;91(9):1231-55

08/2023 Les aiguilles Accu-Fine: sont des aiguilles à stylo stériles, non réutilisables, destinées à l'injection parentérale de médicaments liquides. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. En cas de problème ou autre, contactez votre professionnel de santé. FR -2937 - Réf. 10092106001

DIABÈTE

Roche

” Je souhaite un lecteur simple* et pratique**... mais pas seulement ! “

Connectables aux apps GLUCO-CHEK & PHIL

tu me suis?

ACCU-CHEK® GUIDE
Donnez un coup de pouce à votre quotidien

ACCU-CHEK® MOBILE
Le Tout-en-Un
Le lecteur sans bandelette

Parlez-en à votre professionnel de santé

Rév. 07/2023 : Les produits Accu-Chek˙ sont des dispositifs d'Auto-Surveillance Glycémique (ASG) destinés aux personnes atteintes de diabète. Fabricant : Roche Diabetes Care GmbH (Allemagne) – Distributeur : Roche Diabetes Care France. Ces dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. L'ASG est employée lorsqu'elle est susceptible d'entraîner une modification de la thérapeutique ; elle doit être systématique et pluriquotidienne dans le diabète de type 1 et limitée à certains patients dans le diabète de type 2. Elle nécessite une éducation avec un professionnel de santé. En cas de discordance entre le résultat et votre état de santé actuel, contactez votre professionnel de santé. Pour un bon usage de ce produit, lire attentivement la notice. 2103 ROCHEDCGP002 Rév 02 FR-1788

*Harvey C, Koubek R, Begat V, Jacob S. Usability evaluation of blood glucose monitoring system with a spill-resistant vial, easier strip handling and connectivity to a mobile app. Improvement of patient convenience and satisfaction. J Diabetes Sci Technol Sept 2016.

** Rapport d'évaluation Accu-Chek Mobile 2012

Accu-Chek˙, Accu-Chek˙ Guide, Accu-Chek˙ Mobile, Accu-Chek˙ Fastclix sont des marques déposées de Roche.

Pour toute question, contactez l'assistance Accu-Chek

0800 27 26 93 Service & appel gratuits

du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

Roche Diabetes Care France
SAS au capital de 4 487 220 €
2, avenue du Vercors
38240 Meylan - France
800 418 493 R.C.S. Grenoble.
www.accu-chek.fr
Imprimé par Néagraphic
73490 LA RAVOIRE

LE TRI FACILE

ACCU-FINE®

Roche

DIABÈTE & INSULINE

DÉCOUVREZ LES AIGUILLES À STYLO ACCU-FINE®

Par le leader français de l'autosurveillance glycémique capillaire et des autopiqueurs [1]

NOUVEAU

ACCU-FINE®

1. Retirez l'opercule de protection de l'aiguille à stylo



2. Vissez l'aiguille dans l'axe du stylo à injection jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée (2a). Retirez ensuite le capuchon externe et mettez-le de côté (2b).

Les aiguilles Accu-Fine® sont compatibles avec la plupart des stylos injecteurs utilisés dans le traitement du diabète[2]

3. Retirez le capuchon de protection interne ;



Important : Retirez le capuchon en le maintenant droit pour éviter que l'aiguille ne se torde et/ou d'endommager l'extrémité de l'aiguille.

ACCU-FINE®

4. Réalisez une purge, aiguille vers le haut pour éliminer d'éventuelles bulles d'air.

5. Sélectionnez la dose

6. Effectuez l'injection. Patientez entre 5 et 10 secondes avant de retirer l'aiguille.

7. Remettez en place le capuchon externe

8. Dévissez l'aiguille du stylo

ACCU-FINE®

COMMENT DOIS-JE PRATIQUER MES INJECTIONS ?[4]

Selon la longueur de votre aiguille, adaptez votre injection.



* Les très jeunes enfants (≤ 6 ans) et les adultes très minces (IMC< ou égal à 19) doivent utiliser l'aiguille de 4 mm en faisant un pli cutané et en insérant l'aiguille perpendiculairement.

4 patients sur 5 déclarent être satisfaits ou très satisfaits globalement avec les aiguilles ACCU-FINE® [3]

Vous n'utilisez pas encore une aiguille 4mm ?

- **L'aiguille 4 mm est considérée comme l'aiguille à stylo la plus sûre pour les adultes et les enfants, quel que soit l'âge, le sexe ou l'IMC.**
- **L'aiguille de 4 mm est suffisamment longue pour traverser la peau et pénétrer dans le tissu sous cutané, avec peu de risques d'injection intra musculaire**